

Zapytanie ofertowe Nr 1/2025 na zakup, dostawę używanego aparatu RTG wyposażonego o stanowisko technika dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach z dnia 22.09.2025 r.

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się szczegółowo z treścią niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie oferty będzie traktowane jako akceptacja warunków i zasad postępowania określonych w niniejszym dokumencie.

1. Nazwa i adres Zamawiającego;
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, 40 – 304 Katowice ul. Wiertnicza 3.
2. Osoba Zamawiającego uprawniona do kontaktu w sprawie; Gabriela Wojtalewicz tel. 533 674 676, email: info@medyk.katowice.pl
3. Sposób kontaktowania się;
W ramach niniejszego postępowania dopuszcza się możliwość kontaktu z Zamawiającym drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub osobiście – za pośrednictwem osób upoważnionych do kontaktu.
4. Przedmiot zamówienia
Zamówienie obejmuje: zakup, dostawę używanego aparatu RTG wyposażonego o stanowisko technika przeznaczonego do celów dydaktycznych w pracowni radiologicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, instalację i uruchomienie sprzętu na miejscu u Zamawiającego, przeprowadzenie niezbędnych badań technicznych potwierdzających poprawność działania urządzenia oraz zapewnienie wymaganej dokumentacji i gwarancji. Szczegółowy opis techniczny i wymagania dotyczące aparatu RTG zawarte są w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Termin wykonania zamówienia;
Zamawiający oczekuje wykonania zamówienia w terminie: od 29 września 2025 r. do 31 października 2025 r.
6. Kryteria i waga, sposób oceny ofert;
Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:
 - a) Kryterium Znaczenie w %:

Cena (C)	60%
Okres Gwarancji (G)	40%
RAZEM	100%
 - b) Łączna liczba punktów (LP) przyznana każdej z ocenianych ofert zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
 $LP = C + G$ gdzie:
 - LP - łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
 - C - liczba punktów przyznanych ofercie za kryterium - cena,
 - G - liczba punktów przyznanych ofercie za kryterium – okres gwarancji.

- c) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym.
- d) Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów.
- e) Oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt w kryterium cena oraz maksymalnie 40 pkt w kryterium okres gwarancji.
- f) Punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru:
$$C = CN / CO \times 100 \times 60\%$$
 - gdzie:
 - C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt
 - CN - oznacza najniższą cenę brutto spośród wszystkich ocenianych ofert,
 - CO - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.
- g) Punkty za okres gwarancji oferty będą obliczane według wzoru:
$$G = GN / GO \times 100 \times 40\%$$
 - gdzie:
 - G - oznacza liczbę punktów uzyskanych za kryterium gwarancja (wyrażona w miesiącach),
 - GN - oznacza najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród wszystkich ocenianych ofert,
 - GO - oznacza okres gwarancję ocenianej oferty.
- h) Podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym cena ofertowa brutto będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.
- i) Cena ofertowa brutto musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Warunki stawiane Wykonawcy

- a) Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie minimalne parametry określone w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia był kompletny, technicznie sprawny oraz bezpieczny do pracy w warunkach szkolnych.
- b) Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji zamówień o zakresie i złożoności odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. w dostawie, instalacji i uruchomieniu aparatu RTG lub innego specjalistycznego sprzętu elektroradiologicznego.
- c) Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem technicznym oraz personelem posiadającym kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności do instalacji, uruchomienia i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi urządzenia RTG.
- d) W ofercie Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym m.in. koszty transportu, montażu, dojazdu pracowników na miejsce realizacji, uruchomienia, szkolenia oraz inne koszty towarzyszące.
- e) Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że zapoznał się z treścią zapytania ofertowego, rozumie jego postanowienia i nie zgłasza do nich zastrzeżeń.
- f) Wykonawca zobowiązany jest do:
 - dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego,

- instalacji oraz wykonania próbnego uruchomienia,
 - przeprowadzenia szkolenia dla personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji aparatu RTG/stanowiska technika.
 - zapewnienie kompletnej dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi oraz gwarancji na oferowany sprzęt.
- g) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Formularza ofertowego:
- oświadczenie o stanie technicznym oferowanego sprzętu stanowiące Załącznik nr 2,
 - oświadczenie, że sprzęt nie był wycofany z użytku z przyczyn technicznych lub bezpieczeństwa stanowiące Załącznik nr 3.
 - aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
8. Termin składnia ofert
- a) Odpowiedź w postaci oferty cenowej Zamawiający przyjmuje w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2025 r. do godz. 9:00, w formie papierowej na adres Zamawiającego lub elektronicznej w postaci podpisanego przez uprawnione osoby Formularza ofertowego na adres: info@medyk.katowice.pl
 - b) Oferty muszą zawierać cenę brutto zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
 - c) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 - d) Złożone oferty muszą być ważne przez okres 30 dni od dnia ich przestania.
 - e) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
 - f) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 - g) Zamawiający informuje, że skontaktuje się wyłącznie z wybranym Oferentem.
 - h) Zamawiający zastrzega, że samo przestanie oferty cenowej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje go do dokonania zakupu, nawet jeśli oferta zawiera najniższą cenę.
 - i) W przypadku, gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu zamówienia do wysokości dostępnych środków.
 - j) Oferty złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 - k) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Opis parametru	Wymagania w zakresie parametru	Potwierdzenie wymaganego parametru lub opis spełniania wymagań
	Dostawa szkoleniowego aparatu RTG - wymagania ogólne		
1.	Dostarczony używany sprzęt powinien być dalej produkowany na rynek Polski z dostępnością do części zamiennych	Tak	
2.	Zestaw w konfiguracji symulacyjnej dedykowanej dla procesu szkolenia słuchaczy kierunku technik elektroradiolog	Tak	
3.	Zestaw wraz z oprogramowaniem symulującym faktyczne warunki pracy w pracowni RTG z uwzględnieniem obiegu danych obrazowych i danych demograficznych pacjenta. Całość oprogramowania objęta licencjami bezterminowymi	Tak	
4.	Najważniejsze elementy systemu: stół, kolumna, statyw płucny, wyprodukowane przez tego samego producenta i objęte jednym certyfikatem CE	Tak	
	Ruchoma podłogowa kolumna lampy		
5.	Zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG	≥ 200 cm	
6.	Możliwość wykonywania badań na stojaku płucnym promieniem poziomym na wysokości poniżej poziomu blatu stołu	Tak	
7.	Minimalna odległość promienia centralnego lampy od podłogi	≤ 50 cm	
8.	Maksymalna wysokość ogniska lampy od podłogi	≥ 190 cm	
9.	Zakres rotacji lampy rtg względem osi poziomej	$\geq \pm 150^\circ$	
10.	Możliwość symulacji zdjęć poza stołem kostnym	Tak	
11.	Kolimator z przesłonami prostokątnymi i z lokalizatorem świetlnym.	Tak	
12.	Wskaźnik laserowy do lokalizacji promienia centralnego wiązki rtg na kasie rtg w szufladzie bucky, wysuniętej poza blat	Tak	

13.	Wbudowane w kolimator filtry niezastaniające wiązki świetlnej kolimatora – min. 1mmAl + (0.1mmCu, 0.2mmCu, 1mmAl)	Tak	
14.	Obrót kolimatora wokół promienia centralnego wiązki rtg min. $\pm 90^\circ$	Tak	
15.	Miarka centymetrowa	Tak	
Stół z pływającym podnoszonym blatem			
16.	Stół z „pływającym blatem”	Tak	
17.	Stół kostny montowany na stałe z motorową regulacją wysokości – góra/dół	Tak	
18.	Szerokość blatu	≥ 80 cm	
19.	Długość blatu	≥ 220 cm	
20.	Hamulce elektromagnetyczne ruchów „pływania blatu” uwalniane przyciskiem nożnym	Tak	
21.	Najmniejsza odległość blatu stołu od podłogi	≤ 55 cm	
22.	Zakres ruchu wzdłużnego płyty pacjenta	≥ 80 cm	
23.	Zakres ruchu poprzecznego płyty pacjenta	≥ 26 cm	
24.	Dopuszczalne obciążenie płyty pacjenta	≥ 250 kg	
25.	Szuflada akceptująca kasety CR oraz detektory cyfrowe min. 36x43, 43x43	Tak	
26.	Zakres wzdłużnego ruchu szuflady	≥ 55 cm	
27.	Hamulce stołu zwalniane i blokowane elektromagnetycznie	Tak	
28.	Uchwyty pacjenta	Tak	
29.	Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami nożnymi. Przetączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców pływającego blatu umieszczone pionowo przy podstawie stołu (niewystające z obudowy w celu uniknięcia przypadkowego naciśnięcia, przez osoby biorące udział w czynnych szkoleniach)	Tak	
Stojak do zdjęć odległościowych			
30.	Minimalna możliwa odległość środka panelu, licząc od podłogi	≤ 45 cm	

31.	Maksymalna możliwa odległość środka panelu, licząc od podłogi	≥ 190 cm	
32.	Szuflada akceptująca kasety CR oraz detektory cyfrowe min. 36x43, 43x43	Tak	
33.	Hamulce statywu zwalniane i blokowane elektromagnetycznie	Tak	
34.	Uchwyt dłoni pacjenta dla wykonywania badań w projekcjach bocznych	Tak	
Stanowisko technika			
35.	Dedykowane stanowisko wyposażone w monitor LCD o przekątnej min. 21" o wysokiej rozdzielczości, mysz i klawiaturę oraz komputer zapewniający płynny przebieg procesu dydaktycznego.	Tak	
36.	Ilość dostępnych programów anatomicznych APR, możliwość usuwania, edycji i dodawania według własnych preferencji	≥ 100	
37.	Stanowisko komputerowe symulujące pracę elektroradiologa w gabinecie RTG umożliwiające min.: -rejestracja pacjenta (imię, nazwisko, pesel, data urodzenia) -możliwość ewentualnego pobierania danych ze stanowiska rejestracji pacjenta -wybór parametrów ekspozycji, (kV, mAs, mA) -zacytanie przykładowego pacjenta i zdjęcia z dostępnej bazy procedur diagnostycznych oraz możliwość późniejszej obróbki przykładowego zdjęcia -możliwość przesyłania obrazów do wybranych lokalizacji (np. serwer/ system PACS)	Tak	
38.	Obsługa oprogramowania stacji akwizycyjnej w języku polskim	Tak	
39.	Symulacja dostępu do stacji wyłącznie dla osób uprawnionych (logowanie)	Tak	
40.	Rejestracja pacjentów poprzez automatyczne pobranie danych uprzednio zarejestrowanego pacjenta z możliwością rejestracji również bezpośrednio poprzez konsolę operatora	Tak	
41.	Możliwość wykonywania badań bez wcześniejszej rejestracji danych pacjenta (symulacja badania w trybie nagłym z możliwością późniejszego uzupełnienia danych)	Tak	

42.	Przeszukiwanie listy badań na podstawie zadanych kryteriów, min: Imię i nazwisko pacjenta, data wykonania badania	Tak	
43.	Funkcja wyboru miejsca pracy (stół/statyw/wolna ekspozycja)	Tak	
44.	Funkcja symulacji rozwirowania lampy RTG i wykonywania ekspozycji przez dwustopniowy wyzwalacz ekspozycji	Tak	
45.	Dostarczenie przez wykonawcę bazy zanonimizowanych obrazów rentgenowskich min. 60 obrazów z możliwością załadowania ich do zarejestrowanego wcześniej pacjenta lub z możliwością późniejszej modyfikacji obrazu w przeglądarce (m.in. kontrast, jasność, rotacja, lustrzane odbicie)	Tak	
46.	Funkcja wirtualnej kolimacji otrzymanego radiogramu min. prostokątna	Tak	
47.	Podstawowe oprogramowanie do obróbki przykładowych radiogramów: -zmiana zaczerwienia i kontrastu -prezentacja pozytyw- negatyw -obrót obrazu o 90° -obraz lustrzany -pomiar odległości i kątów	Tak	
48.	Możliwość predefiniowania oznaczeń do umieszczenia na obrazie np. AP, PA, L, R itp.	Tak	
49.	Możliwość umieszczania na obrazie dowolnego tekstu, komentarz	Tak	
50.	Oprogramowanie umożliwiające po ekspozycji akceptację lub odrzucenie obrazu z każdorazowym podaniem przyczyny odrzucenia z listy	Tak	
51.	Możliwość łączenia wielu obrazów w jeden radiogram kości długich np. całe nogi lub cały kręgosłup	Tak	
52.	Możliwość zdalnego połączenia z konsolą operatora i zmiany jej ustawień przez serwis	Tak	
53.	Funkcję DICOM min. Send, Storage, Worklist, Print	Tak	
Inne			
1.	Wykonawca dostarcza po wykonaniu instalacji sprzętu - instrukcje użytkowania w języku polskim, - paszport techniczny urządzenia	Tak	
2.	Okres dostępności części zamiennych – min. 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru	Tak	

3.	Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu instalacji.	Tak	
4.	Zdalna diagnostyka systemu	Tak	
5.	Dostawa, montaż, uruchomienie oraz wyskalowanie w/w sprzętu	Tak	
6.	Demontaż i przeniesienie obecnie posiadanego systemu RTG	Tak	
Warunki gwarancji			
1.	Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres min. 12 miesięcy (liczona od daty odbioru przedmiotu umowy protokołem technicznym), obejmująca wszystkie elementy systemu, realizowana przez autoryzowany serwis producenta i w oparciu o oryginalne części. w ostatnim miesiącu gwarancji dostawca wykona przegląd techniczny całego zestawu.		
2.	Możliwość zgłaszania awarii mailowo 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.		
3.	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 2 godzin (przyjazd na wezwanie).		
4.	Czas naprawy niewymagający sprowadzenia części zamiennych– maks. 2 dni robocze. Czas naprawy wymagający konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – max 10 dni.		

OŚWIADCZENIE

o stanie technicznym oferowanego aparatu RTG

Ja, niżej podpisany/a:

Imię i nazwisko: _____

Reprezentujący firmę: _____

Adres siedziby Wykonawcy: _____

niniejszym oświadczam, że oferowany w odpowiedzi na zapytanie ofertowe sprzęt:
(nazwa i typ aparatu RTG, model, producent, rok produkcji)

jest:

- w dobrym stanie technicznym,
- kompletny i sprawny,
- gotowy do bezpiecznego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,
- oraz spełnia wszystkie minimalne wymagania techniczne określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Miejscowość, data

Podpis i pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o braku wycofania oferowanego sprzętu z użytkowania

Ja, niżej podpisany/a:

Imię i nazwisko: _____

Reprezentujący firmę: _____

Adres siedziby Wykonawcy: _____

oświadczam, że oferowany aparat RTG:
(nazwa i typ aparatu RTG, model, producent, rok produkcji)

nie został wycofany z użytkowania z przyczyn technicznych ani z uwagi na
bezpieczeństwo użytkowania.

Urządzenie nie figuruje na listach sprzętu zakazanego do dalszej eksploatacji oraz nie
podlega obowiązkowi złomowania lub trwałego wycofania.

Miejscowość, data

Podpis i pieczęć Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

Formularz ofertowy

Nazwa Wykonawcy _____

Siedziba Wykonawcy _____

NIP _____ REGON _____

nr telefonu _____ nr faksu _____ e-mail _____

W nawiązaniu do zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia dotyczącego zakupu, dostawy, instalacji oraz uruchomienia używanego aparatu RTG wyposażonego o stanowisko technika przeznaczonego do celów dydaktycznych w pracowni radiologicznej składam niniejszą ofertę dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Wiertniczej 3, zgodnie z opisem i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym,

1. Oferujemy następującą cenę _____ zł brutto,
słownie: _____ zł,
w tym należny podatek VAT w wysokości _____ % tj. _____ zł.
2. Oferujemy termin realizacji zamówienia od dnia _____ do _____
3. Udzielamy gwarancji _____ liczona od daty odbioru przedmiotu zakupu protokołem technicznym.

Oświadczamy, że

1. akceptujemy warunki płatności - przelew z odroczoną płatnością 14 dni.
2. jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu na składanie ofert,
3. posiadamy wiedzę, doświadczenie i możliwości techniczne - niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia,
4. w przypadku, gdyby nasza oferta została uznana za najkorzystniejszą, dostarczymy przedmiot zamówienia w wyznaczonym terminie, prześlemy gwarancję oraz dokumentację techniczną,
5. zapoznaliśmy się dokładnie z treścią dokumentu – zapytania ofertowego i zasadami prowadzenia postępowania opisanego w niniejszym dokumencie.

(podpis i imienna pieczęć Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela)

Klauzula informacyjna - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: info@medyk.katowice.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 130.000,00 zł prowadzonym w trybie niepodlegającym ustawie Prawo zamówień publicznych w celu związanym z potrzebą wyłonienia wykonawcy w ramach postępowań o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu realizowanych w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa lub w celu zawarcia, realizacji rozliczenia umowy z administratorem. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie art. 6 ust.1 lit. b RODO (w celu zawarcia umowy) lub art.6 ust.1 lit. c RODO (obowiązki prawne ciążyące na administratorze), innych krajowych lub unijnych przepisów odnoszących się do zamówień i konkursów, przedmiotu umowy oraz ochrony danych osobowych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz wewnętrznych procedur i regulaminów obowiązujących u Administratora.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 - a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
 - b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 - c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe administratora,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeśli czas trwania umowy przekracza cztery lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 - a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych.
Jeśli wykonanie wyżej wymienionego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
 - b) do sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa,
 - c) do usunięcia danych osobowych wyłącznie na podstawie art. 17 RODO,
 - d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania i na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
 - f) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
 - g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
10. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.